

Don Joan Parra Farré, con D.N.I 35103615A en mi condición de Director General de Acondicionamiento Tarrasense (en adelante Leitatz), con CIF G08360232 y domicilio social en la calle de la Innovació, nº2 de Terrassa

DECLARA:

Que de acuerdo con las instrucciones recibidas por Nylstar en relación al tejido suministrado referenciado como "28H_46330 a dos capas", se está sometiendo dicha referencia a un proceso de 100 ciclos de lavado según la norma UNE-EN ISO 6330 (programa 6N) y secado al aire (tipo A) con el fin de obtener resultados según norma UNE-EN 14683:2019+AC de las siguientes determinaciones:

- Método para la determinación in vitro de la eficacia de filtración microbiana (BFE).
- Método para la determinación de la respirabilidad (Presión diferencial)

Dichas determinaciones se realizarán tras 100 ciclos de lavado y está previsto que se concluyan durante la semana 30.

De forma provisional, se han obtenido los siguientes resultados a 5, 10 y 50 ciclos de lavado:

5 lavados:	BFE 90,31%
	Respirabilidad 54 Pa/cm ² ± 3%
10 lavados:	BFE 90,62%
	Respirabilidad 54 Pa/cm ² ± 3%
50 lavados:	BFE 91,62%
	Respirabilidad 56 Pa/cm ² ± 3%

En Terrassa, a 2 de junio de 2020.

Atentamente,

Joan Parra
Director General

